

ДОКЛАД от 20.03.2019г за резултат от извършена работа

На Комисия назначена със Заповед № РД-15-196/14.03.2019г., в състав:

Председател: инж.Иван Иванов-РНАСД

Членове:

1. Николай Стойчев - РНИД
2. д-р Юлияна Дончева– лекар, началник „Отделение по хемодиализа”
- 3.Десислава Здравкова – юрисконсулт
- 4.Марисла Борисова – Икономист – организация и управление

На 14.03.2019г комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери окомплектоваността на офертите за избор на изпълнител за “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарата за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД” от:

- „СОЛОМЕД” ЕООД – вх.№01/12.03.2019г
- „Марвена Диагностика” ЕООД – вх.№ 02/12.03.2019г

След проверка на окомплектоваността на предложенията с предварително обявените условия на конкурсната документация, комисията реши:

Решение:

№ на кандидата по вх. регистър	Наименование на кандидата	Решение:	
		Допуска се до участие	Отстранява се от участие, съгл. Чл....от ЗОП
1	„СОЛОМЕД” ЕООД	Допуска се до участие	
2	„Марвена Диагностика” ЕООД	Допуска се до участие	

На основание чл.57 ал.3 от ППЗОП Председателят на комисията насрочи дата и място на отваряне на ценовите параметри – на 20.03.2019г от 10:00 часа в Заседателната зала на „МБАЛ-Търговище” АД.

На 19.03.2019г комисията назначена със Заповед № РД-15-196/14.03.2019г се събра в пълен състав и продължи своята работа по разглеждане на документите по същество, оценка и класиране на постъпилите оферти в обявеното публично състезание, което се провежда по условията и реда на ЗОП. Комисията констатира следното:

По отношение на съответствието с техническите изисквания, заложи от Възложителя в публикуваната в тръжната документация техническата спецификация, и съгласно приложените от Участника „Марвена Диагностика“ ЕООД документи за удостоверяване на съответствието беше установено следното:

1. В т. 5 от техническата спецификация, Възложителят е заложи изискването апаратите да са оборудвани с централна спирачка с възможност за блокиране на всички колелета на апарата с едно движение

От представените от Участника доказателства се установява, **че предлаганият апарат не разполага с централна спирачка на ходовата част, като от приложени материал става ясно, че се касае за отделни спирачки на всяко от колелата.**

2. В т. 17 от техническата спецификация, Възложителят е заложи изискването апаратите да могат да изобразяват и преизчисляват ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.

В представените от Участника доказателства липсват данни в потвърждение на изискването за възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия.

3. В т. 22 от техническата спецификация, Възложителят е заложи изискването апаратите да са оборудвани със система за следене и контрол на натрия в плазмата.. Участникът е посочил наличие на съответствие с това изискване, **но в представения официален материал за доказване на съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на натрия, което е заложи изискване в т. 11 от спецификацията на Възложителя, а не е в съответствие с изискването на т. 22 за контрол на натрия в плазмата.**

4. В т. 26 от техническата спецификация, Възложителят е заложи изискването апаратите да притежават блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. **Участникът не е представил данни в потвърждение на изискването за блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.**

5. В т. 29 от техническата спецификация, Възложителят е заложи изискването апаратите да имат автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата

Участникът не е представил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата.

Предвид гореизложеното комисията единодушно

РЕШИ:

I. На основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП, предлага на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДА ОТСРАНИ** от по-нататъшно участие в публичното състезание участника „Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и възложителя, а именно: **констатирани несъответствия на предлаганата от участника медицинска апаратура с техническите изисквания на възложителя:**

МОТИВИ:

В т. 5 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да са оборудвани с централна спирачка с възможност за блокиране на всички колелета на апарата с едно движение, но в предлаганият официален материал за доказване на съответствието с това изискване, се установява, **че предлаганият апарат не разполага с централна спирачка на ходовата част, като от приложения материал става ясно, че се касае за отделни спирачки на всяко от колелата.**

В т. 17 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да могат да изобразяват и преизчисляват ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. В представените от Участника доказателства **липсват данни в потвърждение на изискването за възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия.**

В т. 22 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да са оборудвани със система за следене и контрол на натрия в плазмата.. Участникът е посочил наличие на съответствие с това изискване, **но в представения официален материал за доказване на съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на натрия, което е заложено изискване в т. 11 от спецификацията на Възложителя, а не е в съответствие с изискването на т. 22 за контрол на натрия в плазмата.**

В т. 26 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да притежават блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. **Участникът не е представил данни в потвърждение на изискването за блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.**

В т. 29 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да имат автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата. **Участникът не е представил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата.**

II. Техническото предложение на участникът „Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София **НЕ ОТГОВАРЯ** на изискванията на ЗОП и Комисията няма да отвори, и разгледа ценовото му предложение на следващото заседание насрочено за 20.03.2019г от 10 часа в Заседателната зала на „МБАЛ – Търговище” АД.

На 20.03.2019г в 10:00 часа в Заседателната зала на „МБАЛ-Търговище” АД беше отворена цената предлагана от фирма „СОЛОМЕД“ ЕООД.

Комисията определи икономически най-изгодното офертно предложение на база най-ниска предложена цена:

1. „СОЛОМЕД” ЕООД гр.София 1618 ж.к.”Бъкстон”, ул.”Казбек” №49 – вх.№1/12.03.2019г с предлагана цена – **108 000,00 лева с ДДС**

Комисията предлага на Изпълнителният Директор на „МБАЛ-Търговище“ АД във връзка с провеждане на публично състезание с предмет “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарата за нуждите на „МБАЛ-Търговище“ АД”, да се осъществи по офертата предложена от „СОЛОМЕД“ ЕООД

Настоящият доклад се предаде на Изпълнителният Директор на „МБАЛ-Търговище“ АД за сведение от извършената работа. С него комисията приключи работа по откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарата за нуждите на „МБАЛ-Търговище“ АД”. Към доклада комисията прилага и копие на протокол №1 от 14.03.2019г и протокол №2 от 19.03.2019г.

Заклучено на
основание чл. 2
ал. 2, т. 5 от
ЗЗЛД
във връзка с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП